Instructions for Use

InviroSNAP!® *Luer Lock Safety Syringe with Exchangeable Needle*

Non Pyrogenic/Non Toxic

SOL-MILLENNIUM®
Building a healthier Tomorrow

www.medisafecanada.com

Instructions for Use
InviroSNAP® Luer Lock Safety Syringe with Exchangeable Needle By Sol-Millennium Medical,INC.

Mode d'emploi
InviroSNAP® Seringue à sécurité Luer Lock à aiguille échangeable

Instrucciones de uso
InviroSNAP® Jeringuilla de seguridad con aguja intercambiable y conexión Luer

Instructions for Use

1. **Peel package as indicated** to allow proper removal of InviroSNAP!® Luer Lock Safety Syringe Exchangeable needle and remove needle cap.
2. Prepare vial for medication draw up.
3. Penetrate **center** of vial with needle **ensuring not to push plunger past 2nd gradation mark** (See figure 1).
4. Prepare injection site and change needle if desired (see figure 2).
5. Administer medication per facility protocol.
6. **To engage the safety feature and deliver the full dose, push the plunger FULLY while in patient** (See figure 3).
7. **Pull back on the plunger until the locking ring is engaged**. Observe withdrawal of needle into barrel.
8. **Snap off plunger** to permanently disable syringe (See figure 4).

Caution

- This device is sterile unless the package has been damaged or opened.
- If unable to activate safety mechanism, discard syringe immediately into an approved sharps container.
- This device is a single use item only.
- Maximum needle length cannot exceed 11/2" or 38.1mm.

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

SNAP® Syringe patents US: 5,263,933, 5,462,531, 5,520,649, 6,033,386, 6,117,113, 6,344,031, 6,616,632 and additional foreign patents and patents pending. Additional applicable patens: US: 5263934, 5466226, 5380286, 5364359 and 6315760; Canada: 131718. Caution; US Law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Instrucciones de uso

1. Abra el paquete como se indica para extraer la jeringuilla de seguridad con aguja intercambiable y conexión Luer InviroSNAP!® y retire el tapón de la aguja.
2. Prepare vial para extraer el medicamento.
3. Perfore el centro del vial con la aguja y cerciórese de no empujar el émbolo más allá de la segunda marca de gradación (véase la figura 1).
4. Prepare el lugar de la inyección y cambie la aguja, si así lo desea (véase la figura 2).
5. Administre la medicación según el protocolo del centro.
6. Para activar la función de seguridad y administrar la dosis completa, empuje el émbolo COMPLETAMENTE con el dispositivo colocado en el paciente (véase la figura 3).
7. Tire del émbolo hasta que la anilla de bloqueo se enganche. Compruebe que la aguja quede retirada dentro del cilindro.
8. Rompa el émbolo para inutilizar permanentemente jeringuilla (véase la figura 4).

Precaución

- Este dispositivo es estéril a menos que el paquete esté dañado o abierto.
- Si no puede activar el mecanismo de seguridad, deseche inmediatamente la jeringuilla en un contenedor de objetos punzantes aprobado.
- Este dispositivo es un elemento de un solo uso.
- La longitud máxima de la aguja no puede exceder de 11/2" o 38,1 mm.

Patentes de EE. UU. sobre la jeringuilla SNAP®: 5,263,933, 5,462,531, 5,520,649, 6,033,386, 6,117,113, 6,344,031, 6,616,632 y otras patentes extranjeras y patentes en tramitación. Patentes adicionales aplicables: EE. UU.: 5263934, 5466226, 5380286, 5364359 y 6315760; Canadá: 131718. Precaución: la legislación de EE.UU. restringe la venta a médicos o por prescripción facultativa.

Mode d'emploi

1. Retirer l'emballage comme indiqué pour pouvoir retirer correctement l'aiguille échangeable de la seringue à sécurité Luer Lock InviroSNAP!® et son capuchon.
2. Préparer un flacon pour le prélèvement de médicament.
3. Perforer le centre du flacon avec l'aiguille en veillant à ne pas pousser le piston au-delà de la 2ème graduation (voir figure 1).
4. Préparer le site d'injection et remplacer l'aiguille si nécessaire (voir figure 2).
5. Administrer le médicament conformément au protocole de l'établissement.
6. Pour enclencher la fonction de sécurité et administrer la dose complète, pousser le piston COMPLÈTEMENT une fois l'aiguille dans l'organisme du patient (voir figure 3).
7. Tirer de nouveau sur le piston jusqu'à ce que la bague de verrouillage s'enclenche. Observer le retrait de l'aiguille dans le barillet.
8. Détacher le piston pour désactiver la seringue définitivement (voir figure 4).

Mise en garde

- Ce dispositif est stérile, sauf si l'emballage a été endommagé ou ouvert.
- S'il est impossible d'activer le mécanisme de sécurité, jeter immédiatement la seringue dans un conteneur pour objets pointus et tranchants approuvé.
- Ce dispositif est un élément à usage unique exclusivement.
- La longueur d'aiguille maximale ne peut pas dépasser 11/2" ou 38,1 mm.

La seringue SNAP® est protégée par les brevets américains suivants : 5,263,933, 5,462,531, 5,520,649, 6,033,386, 6,117,113, 6,344,031, 6,616,632 et d'autres brevets étrangers et en attente. Brevets supplémentaires applicables: États-Unis : 5263934, 5466226, 5380286, 5364359 et 6315760 ; Canada : 131718. Mise en garde : Selon la loi américaine, ce dispositif ne peut qu'être vendu par un médecin ou sur ordonnance médicale.

InviroSNAP® *Luer Lock Safety Syringe with Exchangeable Needle*

Distributed by MEDISAFE DISTRIBUTION INC

www.medisafecanada.com

A Smart Choice for All Your Injections

INSULIN • BOTOX® • ALLERGY • TB • IMMUNIZATIONS
Flu • Pneumonia and all Others

Unique Features

- Easy to use.
- Safety feature is an integral part of the device.
- The clinician's hands and fingers remain behind the needle at all times.
- The needle is captured and secured inside the barrel by our patented locking ring.
- Clear barrel with bold scale markings.
- Reduces the cost of medical waste disposal.
- In 3ml and 5ml or 10ml sizes; check with your supplier.



Call: (604) 232-2442 or
Toll Free 1-855-246-2442
www.medisafecanada.com